

**SỞ Y TẾ HOÀ BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 821/TMBG-BVĐKT
V/v Thư mời chào báo giá

Hòa Bình, ngày 09 tháng 6 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ nhu cầu khám, chữa bệnh các khoa và Kế hoạch phát triển của Bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế linh kiện máy hấp tiệt trùng Hasaky HA – 500DR với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, Địa chỉ: Tổ 10, phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình.

2. Thông tin liên hệ: Trần Huyền Trang, Số điện thoại: 02183.896.545 số máy lẻ: 126

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Gửi qua đường Bưu điện hoặc gửi trực tiếp văn thư theo địa chỉ: Tổ đấu thầu mua sắm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, Tổ 10, phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình. (Trên bì thư ghi rõ: Báo giá cho thư mời báo giá số.... ngày ... tháng ... năm 2025).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày Thư mời chào báo giá này có hiệu lực (Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày hãng sản xuất hoặc nhà cung cấp chào báo giá theo nội dung của Thư mời chào báo giá này.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục: (Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, Địa chỉ: Tổ 10, phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày Hợp đồng ký kết có hiệu lực.

4. Mẫu Báo giá: Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm.

Lưu ý: Đơn giá của quý công ty đã bao gồm thuế, phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm,

5. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau:

- Bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu của người có thẩm quyền).
- 01 bản photo giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác có ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu.
- Tài liệu kỹ thuật hàng hóa (nếu có).
- Đối với hàng hóa thay thế sử dụng khi sửa chữa: Đảm bảo hàng mới 100%, có xuất xứ rõ ràng, bảo hành ≥ 06 tháng hoặc tùy thuộc vào điều kiện bảo hành của hãng kể từ ngày ký biên bản bàn giao và nghiệm thu.
- Với hàng hóa nhập khẩu: Cung cấp CO, CQ, giấy tờ nhập khẩu (nếu có). Với hàng hóa sản xuất trong nước: Cung cấp tài liệu chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc giấy tờ khác tương đương.
- Kết quả sau sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế: Kiểm tra, xác nhận thiết bị vận hành bình thường, đúng theo quy định của nhà sản xuất.
- Trong thời gian bảo hành khi máy có sự cố công ty có trách nhiệm cử cán bộ kỹ thuật có mặt tại Bệnh viện trong vòng 24 giờ (đối với ngày làm việc) và 48 giờ (đối với ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) kể từ khi nhận được yêu cầu. Trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện ra lỗi do phụ kiện bị hư hỏng công ty phải có giải pháp tạm thời để máy hoạt động sau đó hai bên sẽ thống nhất cách giải quyết chính thức.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Phòng VT-TBYT, phòng TCKT;
- Phòng CTXH (Đăng tải Website Bv);
- Lưu: VT, Tổ đấu thầu.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Diệu



PHỤ LỤC 1

Kèm theo Thư mời chào báo giá số 81 / TMBG-BVĐKT ngày 09 / 6 /2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình)

STT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
1	Nồi hấp tiệt trùng Model: HA - 500DR. S/N: HA19500L011 HA19500L012 HA19500L013 Hãng nước sản xuất: Hasaky/ Việt Nam	I. Bảo dưỡng: 03 máy (Kiểm tra độ an toàn, hoạt động của toàn máy) - Kiểm tra, cảm điện cho máy chạy thử và ghi biên bản. - Kiểm tra độ cách điện của kháng đốt, cảm biến cạn nước. - Vệ sinh, kiểm tra các nguồn cung cấp điện: Cầu dao, aptomat, dây nguồn vào máy. - Vệ sinh, kiểm tra hộp điều khiển: Gồm các cầu chì, công tắc chuyển mạch phát hiện hư hỏng. - Vệ sinh, kiểm tra bảo dưỡng thanh đốt nhiệt – làm sạch cơ lý hoặc hóa các cặn canxi trong máy. - Kiểm tra, hiệu chỉnh đồng hồ áp kế tiếp điểm hoặc cảm biến nhiệt độ, van xả khí, van an toàn. - Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ các mạch nguồn điện, mạch điều khiển nhiệt độ, mạch hiển thị, mạch báo cạn nước. - Vệ sinh kiểm tra các nút ấn, phím điều khiển, màn hình hiển thị. - Đo điện áp các IC, ROM, RAM, MCU. - Vệ sinh, kiểm tra bảo dưỡng hệ thống van an toàn, van quá áp, đồng hồ áp lực. - Vệ sinh, kiểm tra thay thế các Gioăng van xả, van đo nước, van ống thủy. Vệ sinh cặn canxi. - Cho máy chạy thử sau đó hiệu chỉnh thêm nhiệt độ, áp suất II. Thay thế linh kiện 1. Van cấp hơi khoang Zoăng (Van điện từ airtac): 01 cái - Áp suất làm việc: 0-1.0MPa - Kích thước ren: 1/2" - Chất liệu: thân van bằng đồng - Xuất xứ: Đài Loan 2. Zoăng silicon chịu nhiệt: 02 cái - Đường kính ngoài: 16 mm - Đường kính rỗng lõi: 6mm - Chiều dài: 2,72 m - Chất liệu: Silicon - Nhiệt độ tối đa: MT+250°C - Hãng sản xuất: Công ty TNHH Điện tử y tế Hasaky - Xuất xứ: Việt Nam 3. Tách nước TH13A: 03 cái - Kích thước: DN 1/2"	Gói	01

	- Áp suất làm việc tối đa (PMO): 13 bar - Áp suất cho phép tối đa (PMA): 16 bar - Nhiệt độ làm việc tối đa (TMO): 200°C - Nhiệt độ cho phép tối đa (TMA): 260°C - Xả nước ngưng tự gần với nhiệt độ hơi bão hòa, giúp tiết kiệm năng lượng - Điều chỉnh nhiệt độ xả với các bộ điều nhiệt tùy chọn (5°C, 10°C, 30°C) - Tích hợp lưới lọc bên trong, bảo vệ thiết bị khỏi cặn bẩn - Xuất xứ: Bồ Đào Nha		
	4. Van an toàn: 03 cái - Kích thước: DN 15 - Áp suất mở: 3,8 bar - Áp suất đóng: 3,3 bar - Vật liệu thân van: Đồng đúc - Vật liệu đĩa: Đồng - Chuẩn kết nối: Nối ren - Nhiệt độ làm việc: Max 220°C - Xuất xứ: Hàn Quốc 5. Vòng bi 6206: 01 cái - Xuất xứ: Việt Nam 6. Vòng bi 6307: 01 cái - Xuất xứ: Việt Nam		

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÒA BÌNH

Handwritten signature



PHỤ LỤC 2 MẪU BÁO GIÁ

Thư mời chào báo giá số 821 /TMBG-BVĐKT ngày 05 / 6 /2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ, số điện thoại của hãng sản xuất, nhà cung cấp, trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các Vật tư/Hoá chất..... như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ khác có liên quan:

STT	Danh mục	Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có)	Ký mã hiệu, Model, hãng sản xuất (Tham khảo)	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng/ Khối lượng	Quy cách đóng gói	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
Tổng cộng:.....(Đơn giá bao gồm thuế, phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có))														

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ... tháng... năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
- Yêu cầu gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hóa chất, vật tư.
- Chúng tôi cam kết:
 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 - Giá trị của mặt hàng trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày... tháng... năm...
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))